

COMPRASNET
Pregão Eletrônico



Esclarecimento 01/10/2018 10:42:25

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento formulado via email: impugna.proad@ufca.edu.br, remetido pela pessoa jurídica XXXX, através da Sra. XXXX, à data de 28/09/2018. Segue transcrição da mensagem: "Sou fabricante de equipamento para laboratório e tenho intenção de participar do PE 16/2018 que se realizara no dia 08/10, para tanto , necessito de esclarecimento para o item abaixo. - ITEM 11 CABINE DE SEGURANÇA BIOLOGICA No edital não menciona as dimensões internas e externas"

Fechar

COMPRASNET

Pregão Eletrônico



Resposta 01/10/2018 10:42:25

DA TEMPESTIVIDADE Consoante o caput do artigo 19 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, repetido no item 23.4 do edital, o pedido de esclarecimento deverá ser enviado até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Tendo-se a data de 08 de outubro de 2018 como a data da abertura da sessão, conclui-se que o pedido é TEMPESTIVO. DO MÉRITO Segue abaixo a resposta enviada pelo setor demandante em sua literalidade: As dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 600 mm, Largura: 1.20 mm, Profundidade: 620 mm Juazeiro do Norte-CE, 28 de setembro de 2018. Atenciosamente, Bruno Callou Bernardo de Oliveira Pregoeiro oficial

Fechar