

**Esclarecimento** 19/09/2017 15:24:32

Pregão nº 07/2017 Processo nº 122391.001964/2017-52 Resposta ao pedido de esclarecimento RELATÓRIO Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento formulado via email: impugna.proad@ufca.edu.br, remetido pelo e-mail: XXX, através do Sr.XXX , à data de 11/09/2017. Segue transcrição da mensagem: "Bom dia prezado (a). No item 5 do referido PE (BALANÇA ANALÍTICA) , pede com prato de pesagem com diâmetro de 100mm , caso eu oferecer minha balança com 80mm de diâmetro do prato terá alguma possibilidade de desclassificação da minha empresa do certame?"

[Fechar](#)

**Resposta 13/09/2017 10:54:24**

Segue descrição do item 8 do Anexo I do instrumento convocatório: "INCUBADORA BOD - Câmara Incubadora (B.O.D.) com fotoperíodo características mínimas: Estrutura em chapa de aço com pintura em epóxi (eletrostática). Caixa interna em polipropileno. Isolação em poliuretano expandido. Suportes e Prateleiras: 4 suportes com 4 prateleiras. Volume total da câmara: 320 a 380 litros. Ventilação interna com miniventilador, no sentido vertical. Resistência blindada em aço inox, com aletas em aço inox. Potência: 1700 W. 220 Volts. Controlador eletrônico de temperatura. Alternância de temperatura. Controlador de fotoperíodo. Controlador de umidade. Com 4 lâmpadas fluorescentes (2000 lux) inclusas. Temperatura de trabalho: - 10°C a 60°C. Cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento, 220 volts e 60hz, com manual. Garantia mínima de 12 meses ." Desta forma, como existe na descrição a exigência "Controlador de umidade" ela faz parte dos requisitos mínimos do item a ser licitado. Os preços dos itens são aqueles constantes do edital, os mesmos foram retirados de outras contratações públicas pelo setor demandante - CCAB - da UFCA. Juazeiro do Norte (CE), 12 de setembro de 2017. Bruno Callou Bernardo de Oliveira. Pregoeiro Oficial UFCA (original assinado)

[Fechar](#)