



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Cariri

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00031/2019

Às 14:06 horas do dia 06 de dezembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 235073048/2019-14, Pregão nº 00031/2019.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: POTENCIOSTATO

Descrição Complementar: Potenciostato/galvanostato com módulo de impedância eletroquímica com as seguintes características técnicas:- Corrente máxima: 800 mA (com pelo menos 9 faixas de corrente); - Compliância de potencial(potencial máximo de saída): +/- 12V; - Intervalo de frequência de impedância : 10 uHz - 32 MHz (quando utilizado com o potenciostato, a frequência será de de 10 uHz - 1 MHz); - Resolução de frequência : 0,003%; -Faixa de entrada : _5V; -Tipo de sinal : 1 seno, 5 seno, 15 seno; - Amplitude AC : 0,2 mV a 0,35 V mis em modo potencial ou 0,0002 a 0,35 vezes em modo galvanostático; - Faixa de potencial aplicado: +/- 10V; -Velocidade máxima de varredura: 200 Vis; -Resolução de corrente: 0.03 pA; - Compensação de queda ôhmica: feedback positivo e interrupção de corrente. O equipamento deve ter capacidade de realizar no mínimo as seguintes técnicas eletroquímicas: (restante da descrição no anexo I do edital).

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 207.429,8200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 500,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 206.900,0000 , com valor negociado a R\$ 204.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/12/2019 15:22:41	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, Melhor lance: R\$ 206.900,0000, Valor Negociado: R\$ 204.000,0000
Homologado	06/12/2019 14:06:40	TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES	

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.



Voltar

