

COMPRASNET  
Pregão Eletrônico



**Esclarecimento** 04/12/2019 14:23:35

Licitante solicita esclarecimentos sobre o item 05, vejamos: - O equipamento será aceito somente com carenagem em Poliuretano? - O tamanho da bacia, seria realmente necessário que a bacia seja de 360 mm?

**Fechar**

COMPRASNET  
Pregão Eletrônico



**Resposta** 04/12/2019 14:23:35

Após nova consulta ao setor demandante, encaminhamos resposta ao vosso pedido de esclarecimentos, PE 36/2019: 1 - R: Pode ser de poliuretano injetável ou material de qualidade superior. 2 - R: A bandeja deverá ser de 360 mm ou medidas aproximadas ,devido às medidas das peças que serão utilizadas nas politrizes. Esclareço ainda que todos os produtos ofertados devem atender às exigências do Anexo I do Edital.

**Fechar**