



Resposta 14/08/2020 10:56:08

Após consulta ao setor demandante segue as respostas: 1- Campo da lente ocular de 10x: qualquer das três opções: 18mm , 20mm ou 22mm. ; 2- Zoom inicial: qualquer valor entre 5 e 8X. Zoom final: de 50X ou maior. Totalizando zoom de 100X como uso da ocular de 20x (ou mais caso as objetivas disponibilizadas tenham valor máximo maior que 5x) como o requisitado no edital. ; 3- Distância interpupilar: qualquer disponível. ; 4- Distância de trabalho: mínima de 100 mm. ; 5- Ajuste no eixo da estativa: qualquer disponível. ;