

Pregão Eletrônico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Cariri

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00030/2020

Às 13:17 horas do dia 30 de outubro de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00030/2020, referente ao Processo nº 1770/2020-82, a autoridade competente, Sr(a) TULIO BESSA ALMEIDA GONCALVES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 11

Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Complementar: AUTOCLAVE VERTICAL 50L: Autoclave descontaminação, tipo estrutura; caldeira vertical em aço inoxidável; capacidade de 50 litros. termo-Manômetro superior e válvula de segurança; Tensão de alimentação de 220 V, monofásico; Deve vir acompanhado de manual de instruções em português, ter assistência técnica no Brasil e garantia mínima de 12 meses. Aceita-se equipamento com especificação técnica equivalente ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.734,3200

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 15,00

Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 8.770,0000 , com valor negociado a R\$ 8.750,0000 .

[Visualizar Recurso do Item](#)

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/10/2020 13:16:40	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 84.859.552/0002-20, Melhor lance: R\$ 8.770,0000, Valor Negociado: R\$ 8.750,0000

Item: 18

Descrição: BOMBA DE VÁCUO

Descrição Complementar: BOMBA VÁCUO DE LABORATÓRIO: Bomba de Vácuo Isenta De Óleo Para Uso Em Laboratório; Vácuo Mínimo 620 Mmhg; Vazão De Ar Livre Mínimo 38 Litros/Min; Material Alumínio Fundido Com Dimensões Aproximadas L = 155 Mm, P = 259 Mm, A = 162 Mm; Peso Aproximado 9 Kg; Motor: Mínimo 186 W, Rotação De 1800 Rpm, Tensão 220 V; Características Adicionais: Regulador Com Vacuômetro Graduado Em Mmhg E Pol.Hg; Manual de instruções em português, assistência técnica no Brasil e garantia mínima de 12 meses. Aceita-se equipamento com especificação técnica equivalente ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.953,1000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 8,00

Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 7.953,1000 .

Visualizar Recurso do Item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	30/10/2020 13:17:45	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, Melhor lance: R\$ 7.953,1000

Fim do documento