



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES-PROAD**

**Processo nº: 23507.001821/2022-57**

**Pregão nº: 9/2022**

Resposta ao pedido de esclarecimento

**RELATÓRIO**

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento formulado via e-mail: [impugna.proad@ufca.edu.br](mailto:impugna.proad@ufca.edu.br), remetido pela pessoa jurídica **XXXXXX**, pela senhora **XXXXXX**, à data de 23/08/2022.

Segue transcrição da mensagem:

“Prezados, boa tarde.

Solicito esclarecimento referente ao item 10 – Cabine de Segurança Biológica classe II B2.

O descritivo do item solicita tipo de exaustão: ambiente interno. No entanto, cabine de segurança biológica classe II tipo B2 apresentam como características exaustão para ambiente externo.

Neste caso, questiono:

Deverá ser ofertado equipamento com exaustão para ambiente externo (cabine de segurança biológica classe II tipo B2)? Ou deverá ser ofertado outro modelo de Cabine de Segurança biológica classe II, como tipo A1 ou A2, com exaustão para ambiente interno?

Fico no aguardo de esclarecimento. ”

**DA TEMPESTIVIDADE**

Consoante o caput do artigo 23 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, repetido no item 22.4 do edital, o pedido de esclarecimento deverá ser enviado até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Tendo-se a data de 15 de junho de 2022 como a data da abertura da sessão, conclui-se que o pedido é TEMPESTIVO.

**DO MÉRITO**

Resposta:

O tipo "B2", possuindo sistema de exaustão externa (para fora do ambiente de trabalho). Desta forma, o o pregão será suspenso para correção da descrição de referido item e em breve republicado.

Juazeiro do Norte-CE, 24 de agosto de 2022



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES-PROAD**

Atenciosamente,

*Bruno Callou*

---

**Bruno Callou Bernardo de Oliveira**  
Pregoeiro Oficial – PROAD/UFCA  
SIAPE: 1156122